

## РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № 020/2-251

<b>Гигрометр Rotronic HydroLogNT</b>		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3138	<b>60716317</b>	<b>26379-10</b>

Назначение: измерение температуры, отн. влажности

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Диапазон измерений температуры, °C: от -40 до +85	к. 154; (- 40 ... 85) °C
Абсолютная погрешность, °C: ±0,1	
Диапазон измерений отн. влажности, %: от 0 до 100	
Абсолютная погрешность, %: ±1,0	

Результаты первичной поверки от 26.06.2011 г.


Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
<i>Протокол первичной поверки отсутствует</i>		

Периодичность поверки (калибровки): по мере надобности.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО



Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
242/6674-11	05/09/11	первичная
1709	02/10/12	калибр.